

# 製品規格書

純正化学株式会社  
品質保証部  
埼玉県越谷市大間野町1 - 6  
TEL 048(986)6161  
FAX 048(989)2787

品番 23251-3534  
品名 ガドリニウム 標準液 1000mg/L  
等級 原子吸光分析用  
容量 100ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.7440-54-2
ファクター (20 )	0.98 ~ 1.02	