

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 28560-3130
品名 クロロホルム
等級 精密分析用
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.67-66-3
純度 (GC)	99.5%以上	
水分	0.03%以下	
不揮発物	3ppm以下	
遊離酸 (HClとして)	2ppm以下	
塩化物 (Cl)	0.5ppm以下	
鉛 (Pb)	0.001ppm以下	
銅 (Cu)	0.005ppm以下	
鉄 (Fe)	0.02ppm以下	
亜鉛 (Zn)	0.005ppm以下	
カドミウム (Cd)	0.001ppm以下	
水銀 (Hg)	0.005ppm以下	
アルデヒド (CH ₃ CHOとして)	0.8ppm以下	
ジチゾン試験適合性	試験適合	
硫酸着色物質	試験適合	
吸光度 E1 cm(reference : water)		
254nm	0.3以下	
260nm	0.1以下	
280nm	0.02以下	
300 ~ 370nm	0.01以下	