

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 31010-3130
品名 酢酸
等級 精密分析用
容量 500ml

[規格項目]

[規格値]

CASNo.64-19-7

純度	99.7 %以上
水溶状	試験適合
凝固点	16.0 °C以上
水分	0.3 %以下
塩化物 (Cl)	0.1 ppm以下
硫酸塩 (SO ₄)	0.5 ppm以下
過マンガン酸還元性物質	試験適合
ニクロム酸還元性物質	試験適合
硫酸着色物質	試験適合
トリプトファン着色物質	試験適合
銅 (Cu)	0.1 ppm以下
亜鉛 (Zn)	0.1 ppm以下
鉛 (Pb)	0.1 ppm以下
鉄 (Fe)	0.1 ppm以下
ニッケル (Ni)	0.1 ppm以下
吸光度 E 1cm	
260nm	0.10 以下
280nm	0.02 以下
300~400nm	0.01 以下