

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 34355-3230
品名 ジクロロメタン
等級 吸収スペクトル用
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.75-09-2
吸光度 E 1cm		
230nm	0.90以下	
240nm	0.25以下	
250nm	0.05以下	
260nm	0.02以下	
280 ~ 370nm	0.01以下	