

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 34355-3630  
品名 ジクロロメタン  
等級 蛍光分析用試薬  
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.75-09-2
純度	99.5 %以上	
密度 (20 )	1.320 ~ 1.330 g/ml	
屈折率 $n_D^{20}$	1.423 ~ 1.425	
水分	0.02 %以下	
不揮発物	5 ppm以下	
酸 (HClとして)	0.001 %以下	
遊離塩素	試験適合	
過酸化物	5 ppm以下	
吸光度 E 1cm		
235nm	0.50以下	
240nm	0.15以下	
254nm	0.02以下	
260 ~ 400nm	0.01以下	
蛍光強度 320 ~ 460nm(励起波長255nm)	1 ppb以下	