

製品規格書

純正化学株式会社
品質保証部
埼玉県越谷市大間野町1 - 6
TEL 048(986)6161
FAX 048(989)2787

品番 34476-3534
品名 ジスプロシウム 標準液 1000mg/L
等級 原子吸光分析用
容量 100ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.7429-91-6
ファクター (20)	0.98 ~ 1.02	