

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 37630-3630
品名 蒸留水
等級 蛍光分析用試薬
容量 500ml

[規格項目]

屈折率 n_D^{20}
不揮発物
過マンガン酸還元性物質
吸光度 E 1cm
蛍光強度 320~460nm(励起波長255nm)

[規格値]

1.332~1.334
5 ppm以下
試験適合
0.01 以下
1 ppb以下

CASNo.7732-18-5