

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 50070-3230
品名 トルエン
等級 吸収スペクトル用
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.108-88-3
吸光度 E 1cm		
285nm	0.90 以下	
290nm	0.40 以下	
300nm	0.15 以下	
320nm	0.05 以下	
350~400nm	0.01 以下	