

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 67150-3630
品名 ヘキサン
等級 蛍光分析用試薬
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.110-54-3
純度 (GC)	96.0%以上	
密度 (20)	0.659 ~ 0.663g/ml	
屈折率 n_D^{20}	1.374 ~ 1.377	
水分	0.01%以下	
不揮発物	5ppm以下	
酸 (CH ₃ COOHとして)	0.001%以下	
過酸化物	5ppm以下	
吸光度 E 1cm		
210nm	0.25以下	
220nm	0.08以下	
230nm	0.04以下	
240nm	0.02以下	
254 ~ 400nm	0.01以下	
蛍光強度 320 ~ 460nm(励起波長255nm)	1ppb以下	