

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 74100-2710  
品名 メチルオレンジ  
等級 滴定用指示薬  
容量 25g

## [規格項目]

水溶状  
変色範囲 (pH)

鋭敏度

## [規格値]

CASNo.547-58-0

試験適合  
(黄みの赤) 3.1 ~ 4.4 (赤みの黄色)

試験適合