

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 95738-8030
品名 0.1mol/L 硫酸(N/5)
等級 容量分析用規定液
容量 500ml

[規格項目]

ファクター (20)

[規格値]

1.000 ~ 1.025

CASNo.7664-93-9