

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 96608-6030
品名 o-トリジン溶液
等級 残留塩素測定用
容量 500ml

[規格項目]

o-トリジン濃度

[規格値]

0.13 ~ 0.15 g/100ml

CASNo.119-93-7