

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番	96741-8130
品名	ブロモチモールブルー溶液 (0.4g/L)
等級	pH試験用
容量	500ml

[規格項目]

[規格値]

CASNo.76-59-5

変色範囲 (pH)

(黄色)6.0~7.6(青)