

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番	97006-6030
品名	DPD法用りん酸緩衝液
等級	残留塩素測定用
容量	500ml

[規格項目]

pH (25)
残留塩素分析適合性

[規格値]

6.3 ~ 6.7
試験適合