

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 28560-0330
品名 クロロホルム
等級 試薬特級
容量 500ml

[規格項目]

純度(CHCl_3)(GC)
密度 (20°C)
水分
不揮発物
酸 (HClとして)
塩化物 (Cl)
遊離塩素 (Clとして)
カルボニル化合物(COとして)
硫酸着色物質
ジチゾン試験適合性
エタノール($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)(GC)

[規格値]

CASNo.67-66-3

99.0 %(m/m)以上
1.471~1.484 g/mL
0.05 %(m/m)以下
0.001 %(m/m)以下
0.001 %(m/m)以下
1 ppm(m/m)以下
1 ppm(m/m)以下
0.005 %(m/m)以下
試験適合
試験適合
0.3~1.0 %(m/m)