

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 36145-0301  
品名 臭化水素酸  
等級 試薬特級  
容量 500g

## [規格項目]

濃度 (HBr)  
強熱残分 (硫酸塩)  
塩化物 (Cl)  
よう化物  
りん酸塩 (PO<sub>4</sub> )  
硫酸塩及び亜硫酸塩 (SO<sub>4</sub> として)  
遊離臭素  
重金属 (Pbとして)  
ひ素 (As)  
鉄 (Fe)

## [規格値]

CASNo.10035-10-6

47.0~49.0 %(m/m)  
0.005 %(m/m)以下  
0.03 %(m/m)以下  
試験適合  
2 ppm(m/m)以下  
0.003 %(m/m)以下  
試験適合  
3 ppm(m/m)以下  
0.5 ppm(m/m)以下  
2 ppm(m/m)以下