

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 37355-0301  
品名 硝酸アンモニウム  
等級 試薬特級  
容量 500g

## [規格項目]

純度(NH<sub>4</sub> NO<sub>3</sub> )  
水溶状  
強熱残分(硫酸塩)  
pH(50g/L, 25°C)  
塩化物(Cl)  
亜硝酸塩(NO<sub>2</sub> )  
りん酸塩(PO<sub>4</sub> )  
硫酸塩(SO<sub>4</sub> )  
銅(Cu)  
カルシウム(Ca)  
鉛(Pb)  
鉄(Fe)

## [規格値]

99.0 %(m/m)以上  
試験適合  
0.01 %(m/m)以下  
4.5~6.0  
3 ppm(m/m)以下  
2 ppm(m/m)以下  
2 ppm(m/m)以下  
0.002 %(m/m)以下  
2 ppm(m/m)以下  
0.001 %(m/m)以下  
3 ppm(m/m)以下  
2 ppm(m/m)以下

CASNo.6484-52-2