

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 49137-9030
品名 トリエタノールアミン
等級 医薬部外品原料規格
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.102-71-6
含量	99.0 ~ 105.0 %	
性状	適合	
確認試験 (1)	適合	
(2)	適合	
(3)	適合	
比重 (25/25)	1.120 ~ 1.128	
屈折率 n_D^{20}	1.481 ~ 1.486	
純度試験		
(1) 重金属	20 ppm以下	
(2) ヒ素	2 ppm以下	
強熱残分	0.05 %以下	