

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 83640-0330  
品名 流動パラフィン  
等級 試薬特級  
容量 500ml

## [規格項目]

密度 (20°C)  
酸 (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> として)  
塩基 (NaOHとして)  
塩化物 (Cl)  
硫酸塩 (SO<sub>4</sub> )  
硫化物  
固形パラフィン  
硫酸着色物質  
過マンガン酸還元性物質

## [規格値]

0.86~0.89 g/ml  
0.002 %(m/m)以下  
0.001 %(m/m)以下  
0.001 %(m/m)以下  
0.001 %(m/m)以下  
試験適合  
試験適合  
試験適合  
試験適合

CASNo.8012-95-1